



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO DO OESTE/RO



ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 07- B

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 538

No dia 29 de Março de 2023, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO DO OESTE/RO**, inscrito(a) no CNPJ 19.275.776/0001-42, com sede à AV PAULO DE ASSIS RIBEIRO n° 4132 CEP 76993-000 – Colorado do Oeste-RO neste ato legalmente representado por **RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO**, portador do CPF n° **93902476249**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 20.444.829/0001-90

Representante: CMED DISTRIBUIDORA LTDA

Telefone: (51) 3779-9887

Email: cmedvendas@gmail.com

Endereço: R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - VILA PRINCESA IZABEL, Cachoeirinha - RS - 94940-243

Item: 1 Quantidade: 2,00 Unidade: UN Marca: GIGANTE Modelo: MILENIUM Preço Unitário: R\$ 26.650,00 Valor Total: R\$53.300,00

Descrição: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre garnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação: 110/127 Ou 220.

Total: R\$ 53.300,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **29/03/2024**, a contar do dia **29/03/2023**.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

RIVANIA CASSIA CAMPOS LIMA RIBEIRO
Gestor(a) do FMS

CMED DISTRIBUIDORA LTDA
20.444.829/0001-90







Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87

Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro

www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|----------------------|----------------------------|
| Ata Registro de Preço | CMED | 30/03/2023 |
| ID: 235560 | Processo | Documento |
| CRC: 044600F3 | | |
| Processo: 1-538/2023 | | |
| Usuário: Monica Santos dos Anjos | | |
| Criação: 30/03/2023 08:44:07 | Finalização: | 30/03/2023 08:45:43 |
| MD5: 6D29D6370B5C65F2EC7EBF76B46E3BB8 | | |
| SHA256: B92F32DE49051CEAB60A87966864DD54DE080FAE2E8CBB7D7B331D8804E9EC5B | | |

Súmula/Objeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CMED.

INTERESSADOS

| | | | |
|-------------|-------------------|----|---------------------|
| 0901-SEMUSA | COLORADO DO OESTE | RO | 30/03/2023 08:44:07 |
|-------------|-------------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|---|---------------------|
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.037.AQUIS.EQUIP.HOSPITALARES | 30/03/2023 08:44:07 |
|---|---------------------|

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Rivania Cassia Campos Lima Ribeiro | ASSESSORA ESPECIAL DE SAÚDE | 30/03/2023 12:30:32 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 235560 e o CRC 044600F3.